


УТВЕРЖДАЮ  
Зам. Генерального директора  
по производству  
 Горожанкин Ю.В.  
«    »    2022г.

Техническое задание  
для закупки системы температурных испытаний ТА5000А.

1. Требования к поставщику/подрядчику:

- а) опыт работы на рынке;
- б) гарантийное обслуживание, возможность поставки комплектующих и ЗИП.
- в) доставка, монтаж, пусконаладочные работы и обучение персонала должны входить в стоимость установки;
- г) гарантия не менее года;

2. Назначение покупки:

- а) замена устаревшего оборудования;
- б) повышение производительности труда;

3. Основные требования:


- а) техническая документация на поставляемое оборудование;
- б) задание минусовой температуры без использования жидкого азота;
- в) поддержание заданной температуры в микрокамере;
- г) автоматическое изменение температуры по заданной программе.
- д) изменение температуры от -60 до +125 за 15-30 секунд;
- е) манипулятор с микрокамерой герметично опускается на тестируемые изделия;
- ж) подача управляемого потока воздуха нужной температуры, скорости и точности для задания тестового, термоциклического или термошокового режимов;
- з) индикация температуры воздушного потока;
- и) диапазон задания температуры от -70 до +200;
- к) регулируемый поток воздуха нужной температуры до 10 литров в секунду;
- л) круглая колпачковая камера из термостекла:
  - диаметр -11,97см 2 шт;
  - диаметр – 25,4см 1 шт;

4. Требуемое количество – 2 шт.


5. Сотрудники/эксперты, которые будут анализировать предложения:

- а) Баранов Станислав Николаевич – начальник цеха измерений;
- б) Новиков Александр Васильевич – зам. начальника ЦИ по оборудованию.

Подготовлено:

Зам. начальника ЦИ по оборудованию  
 Новиков А.В.  
«    »    2022 г.

Согласовано:

Начальник цеха измерений  
 Баранов С.Н.  
«    »    2022 г.