


УТВЕРЖДАЮ
Зам. Генерального директора
по производству
 Горожанкин Ю.В.
« 29 / » 12 2022г.

Техническое задание

для закупки установки контроля статических параметров диода SZ6210S.

1. Требования к поставщику/подрядчику:

- а) опыт работы на рынке;
- б) гарантийное обслуживание, возможность поставки комплектующих и ЗИП.
- в) запуск и обучение персонала;
- г) гарантия не менее года;

2. Назначение покупки:

- а) увеличение поставки пластин;
- б) поставка кристаллов с картой годности.

3. Основные требования:

- а) контроль прямого напряжения диода;
- б) контроль напряжения пробоя диода;
- в) контроль обратного тока диода;
- г) техническая документация на поставляемое оборудование;
- д) диапазон задания тока для контроля прямого напряжения диода от 0.001 до 25 А;
- е) диапазон задания тока для контроля напряжения пробоя диода от 0.001 до 100 мА;
- ж) диапазон задания и контроля напряжения при проверке обратного тока диода от 1 до 2000 В;
- з) длительность задания режима от 1 до 100 мс;

4 Возможный производитель : Poworld Electronic;


5. Требуемое количество – 4 шт.

6. Сотрудники/эксперты, которые будут анализировать предложения:

- а) Баранов Станислав Николаевич – начальник цеха измерений;
- б) Новиков Александр Васильевич – зам.начальника ЦИ по оборудованию.


Подготовлено:

Зам. начальника ЦИ по оборудованию

 Новиков А.В.
« 29 / » 12 2022 г.

Согласовано:

Начальник цеха измерений

 Баранов С.Н.
« 29 / » 12 2022 г.