

УТВЕРЖДАЮ  
Зам. Генерального директора  
по производству  
Ю.В. Горожанкин Горожанкин Ю.В.  
«29» 12 2022г.

Техническое задание  
для закупки зондовой установки ЭМ6190А.

1. Требования к поставщику/подрядчику:
  - а) опыт работы на рынке;
  - б) гарантийное обслуживание, возможность поставки комплектующих и ЗИП.
  - в) доставка, монтаж, пусконаладочные работы и обучение персонала должны входить в стоимость установки;
  - г) гарантия не менее года;
  
2. Назначение покупки:
  - а) увеличение поставки пластин;
  - б) контроль пластин диаметром 200 мм;
  - в) поставка кристаллов с картой годности.
  
3. Основные требования:
  - а) техническая документация на поставляемое оборудование;
  - б) автоматическая ориентация пластины;
  - в) размер столика 200 мм;
  - г) погрешность перемещения не более 10 мкм;
  - д) маркирование кристаллов краской, в том числе свободных от кристаллов зон по периметру пластины;
  - е) вывод результатов контроля (количество кристаллов, количество годных кристаллов) на экран монитора;
  - ж) возможность создания карты годности проверки пластины;
  - з) контроль пластин диаметром от 76 мм, 100 мм, 150 мм, 200 мм;
  - и) автоматический обход по заданной программе.
  
4. Возможные производители: ОАО «Планар»
  
5. Требуемое количество – 3 шт.
  
6. Сотрудники/эксперты, которые будут анализировать предложения:
  - а) Баранов Станислав Николаевич – начальник цеха измерений;
  - б) Новиков Александр Васильевич – зам. начальника ЦИ по оборудованию.

Подготовлено:  
Зам. начальника ЦИ по оборудованию  
Новиков А.В.  
«  »    2022 г.

Согласовано:  
Начальник цеха измерений  
Баранов С.Н.  
«29» 12 2022 г.