




УТВЕРЖДАЮ  
Зам. Генерального директора  
по производству  
 Горожанкин Ю.В.  
«  » \_\_\_\_\_ 2023г.

### Техническое задание

для закупки микроскопа Axiotron 2

1. Требования к поставщику/подрядчику:
  - а) опыт работы на рынке;
  - б) гарантийное обслуживание, возможность поставки комплектующих и ЗИП.
2. Назначение покупки: контроль внешнего вида кристаллов.
3. Основные требования:
  - Бинокулярный и трикулярный эрготубус с изменяющимся углом наклона 0-30 град, межзрачковое расстояние 47-78мм;
  - 6-ти позиционный револьвер объективов для светлого и темного поля со слотом для ДИК, моторизованный;
  - Длиннофокусные объективы для светлого и темного поля Eriplan-Neofluar объектив -5X; Eriplan LD объективы - 10X, 20X, 50X, 100X;
  - Отраженный свет по Келлеру: 5W LED источник, прецентрированный, регулируемая яркость;
  - Полевая диафрагма, апертурная диафрагма, светлое поле BF1, темное поле;
  - 12V 100W Галогеновый осветитель;
  - LED 40A Cold для проходящего света.
4. Возможные поставщики:
  - ASE Semiconductor;
5. Требуемое количество – 2шт.
6. Сотрудники/эксперты, которые будут анализировать предложения:
  - а) Баранов Станислав Николаевич – начальник цеха измерений;
  - б) Новикова Анна Алексеевна – зам. начальника цеха измерений по производству;
  - в) Бураков Алексей Игоревич – начальник (технологического) бюро цеха измерений.

Подготовлено:  
Начальник (технологического)  
бюро цеха измерений  
 Бураков А.И.  
«21» 02 2023г.

Согласовано:  
Начальник цеха измерений  
 Баранов С.Н.  
«  » \_\_\_\_\_ 2023г.