

УТВЕРЖДАЮ

Зам. Генерального директора  
по производству

105011 - Горожанкин Ю.В.

«27» 12 2022г.

Техническое задание

для закупки микроскопа NX1000

1. Требования к поставщику/подрядчику:
  - а) опыт работы на рынке;
  - б) гарантийное обслуживание, возможность поставки комплектующих и ЗИП.
2. Назначение покупки: контроль внешнего вида кристаллов.
3. Основные требования:
  - Тринокулярный эрготубус с изменяющимся углом наклона 0-30 град., 100/0, 20/80, 0/100 межзрачковое расстояние 47-78мм.;
  - 6-ти позиционный револьвер объективов для светлого и темного поля со слотом для ДИК, моторизованный;
  - S-AP0 Metallographic objective 5X NA=0.15 WD=20 BD;
  - S-AP0 Metallographic objective 10X NA=0.3 WD=11 BD;
  - S-AP0 Metallographic objective 20X NA=0.45 WD=3.0 BD;
  - S-AP0 Metallographic objective 50X NA=0.8 WD=1 BD;
  - S-AP0 Metallographic objective 100X NA=0.9 WD=1 BD;
  - Стол 14"X12" диапазон 365X305 мм.;
  - 12V 100W Галогеновый осветитель;
  - LED 40A Cold для проходящего света.
4. Возможные производители:
  - Nexcore.
5. Требуемое количество – 2шт.
6. Сотрудники/эксперты, которые будут анализировать предложения:
  - а) Баранов Станислав Николаевич – начальник цеха измерений;
  - б) Новикова Анна Алексеевна – зам. начальника цеха измерений по производству;
  - в) Бураков Алексей Игоревич – начальник (технологического) бюро цеха измерений.

Подготовлено:

Начальник (технологического)

бюро цеха измерений

Бураков А.И.

«15» 12 2022г.

Согласовано:

Начальник цеха измерений

Баранов С.Н.

«20» 12 2022г.